

透析袋使用说明

产品介绍

一、高精度、即用型透析袋，使用前无需处理(生物级，去除了硫化物和重金属离子，保存于防腐液中)

即用型透析袋的制造过程没有重金属污染及硫化物，无需预处理，只需用去离子水清洗即可使用，满足对截留分子量精确性和膜纯度的应用。

优点：

1. 韧性膜材料，不易破损
2. 杂质含量极少，可无需预处理，只需用去离子水清洗即可使用
3. 孔径标准均一
4. 对溶质的吸附性小
5. 可选分子量范围广 100-300000
6. 多种扁平宽度可选
7. 特有生物技术膜，不含硫化物及金属杂质

二、普通干型透析袋(美国联合碳化，甘油涂层，使用前需处理)

技术参数：

1. PH 稳定范围：5-9
2. 污染物水平：硫化物<0.3%；重金属<50ppm
3. 化学兼容性：与很多盐兼容，比如 CaCl_2 , $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ ；还可与分子生物学及酶学中常用的水溶剂、有机溶剂兼容，比如异丙醇、乙醇和丙酮。
4. 温度抵抗性：可煮沸，可高压灭菌。
5. 蛋白吸附：每克透析袋吸附蛋白量小于 1ng。

干型透析袋使用前处理方法：

产品仅供科研！



1. 把透析袋剪成适当长度（10-20cm）的小段。
2. 在大体积的 2%(W/V)碳酸氢钠和 1mmol/L EDTA(pH 8.0)中将透析袋煮沸 10 分钟。
3. 用蒸馏水彻底清洗透析袋。
4. 放在 1mmol/L EDTA(pH 8.0)中将之煮沸 10 分钟。
5. 冷却后，存放于 4 度，必须确保透析袋始终浸没在溶液内。从此时起取用透析袋是必须戴手套。
6. 用前在透析袋内装满水然后排出，将之清洗干净。

实验要求不高的可以用简易处理方法：在沸水中煮 10min 即可使用。

透析袋的应用：

去除盐类、表面活性剂和溶剂	样品溶液的缓冲液置换和 PH 值的调节
浓缩蛋白质、多肽和抗体	DNA 电洗脱
电泳前稀释蛋白的制备	小分子污染物清除
结合研究	组织培养的提取纯化

透析袋的选择

1.正确选择合适的截留分子量

截留分子量的选择是以预留在膜内的大分子的分子量和将要被除去的小分子污染物的分子量为基础的。为达到合理有效的分离，需分离的两种物质分子量的比率至少为 25.

选择截留分子量的经验法则：选择截留分子量值约为要保留的大分子分子量的一半，以获得至少 90%的保留率。

2.正确选择扁平宽度

透析袋扁平宽度的选择取决于样品体积和透析容量。较小的透析管透析更快；较大的透析管因扩散距离较长透析较慢。为易于使用，建议使用总长（包括闭合夹和顶部空间）为大约 10-15 厘米的透析袋。

3.透析袋的化学相容性

化学相容性主要用作使用指导，不作为化学相容的保证。温度，浓度，长时间曝光等因素的改变可能影响产品的使用。建议您自设条件进行测试。

透析袋的使用

下述透析程序是一个普遍的基础透析过程。在开始透析之前应考虑到许多变数。透析样品溶剂、膜的化学



相容性、膜的截留分子量，透析溶剂、透析体积、温度等变量都会影响透析速率，因此，一些应用中下述透析过程可能需要适当的变化。

1. 把适量的透析液（缓冲液）加入透析装置。透析液的体积应为样品体积量的 100 倍。（例如：在一升透析液中透析 10 毫升的样品）
2. 裁剪适当长度的透析管。预留一段额外长度（约占总样品体积量的 20%）作为头部空间。
3. 把透析管插入打开的透析夹，在约超出透析夹 3-5 毫米的位置再夹住。不要折叠透析袋。
4. 由透析管开口端将样品装入。调整一下顶部空间的长度，夹紧透析夹。
5. 把透析样品放在合适的透析缓冲液中。
6. 透析要根据具体的应用需求。通常情况下，允许过夜透析。在持续透析的过程中，至少要进行 3 次全部更换透析液。建议在（透析后）2-4 小时，6-8 小时和 10-14 小时（第 2 天早晨）更换透析液。在最后一次透析液的更换后要至少继续进行 2 小时的透析。

注：对于高浓度污染物，样品可能需要较长的时间透析，透析液需要更频繁的更换。

7. 透析温度主要取决于样品。温度限制主要取决于膜的类型。纤维素透析袋可以承受的温度高达 37℃，再生纤维素透析袋可以承受的温度高达 60℃。

透析袋的贮存和保质期：

在适当的储存条件下，保质期为两年。干燥的透析袋要在室温或 4℃ 储存在聚乙烯袋中。未开封的透析袋 4℃ 储存。一旦变湿，透析袋应浸泡在下列之一的溶液中：0.05% 叠氮化钠，1% 的苯甲酸钠或 1% 甲醛。（备注：一旦变潮湿，不要让透析袋干燥。不断干燥会造成孔隙结构不可恢复的倒塌）

高精度、即用型透析袋

货号	名称	材质	规格
AC17488	即用型透析袋 扁宽 16 截留分子量 100000	生物技术级纤维素酯（CE）膜	0.5m
AC17458	即用型透析袋 扁宽 16 截留分子量 300000	生物技术级纤维素酯（CE）膜	0.5m
AC17489	即用型透析袋 扁宽 31 截留分子量 100-500	生物技术级纤维素酯（CE）膜	0.5m
AC17486	即用型透析袋 扁宽 31 截留分子量 500-1000	生物技术级纤维素酯（CE）膜	0.5m
AC17461	即用型透析袋 扁宽 31 截留分子量 3500-5000	生物技术级纤维素酯（CE）膜	0.5m
AC17460	即用型透析袋 扁宽 31 截留分子量 100000	生物技术级纤维素酯（CE）膜	0.5m
AC17462	即用型透析袋 扁宽 18 截留分子量 1000	标准等级再生纤维素（RC）膜	0.5m



AC17463	即用型透析袋 扁宽 18 截留分子量 2000	标准等级再生纤维素 (RC) 膜	0.5m
AC17464	即用型透析袋 扁宽 18 截留分子量 3500	标准等级再生纤维素 (RC) 膜	0.5m
AC17465	即用型透析袋 扁宽 18 截留分子量 8000	标准等级再生纤维素 (RC) 膜	0.5m
AC17466	即用型透析袋 扁宽 18 截留分子量 10000	标准等级再生纤维素 (RC) 膜	0.5m
AC17467	即用型透析袋 扁宽 18 截留分子量 15000	标准等级再生纤维素 (RC) 膜	0.5m
AC17468	即用型透析袋 扁宽 18 截留分子量 25000	标准等级再生纤维素 (RC) 膜	0.5m
AC17487	即用型透析袋 扁宽 24 截留分子量 20000	标准等级再生纤维素 (RC) 膜	0.5m
AC17469	即用型透析袋 扁宽 32 截留分子量 8000	标准等级再生纤维素 (RC) 膜	0.5m
AC17470	即用型透析袋 扁宽 32 截留分子量 10000	标准等级再生纤维素 (RC) 膜	0.5m
AC17471	即用型透析袋 扁宽 32 截留分子量 15000	标准等级再生纤维素 (RC) 膜	0.5m
AC17472	即用型透析袋 扁宽 34 截留分子量 25000	标准等级再生纤维素 (RC) 膜	0.5m
AC17473	即用型透析袋 扁宽 34 截留分子量 50000	标准等级再生纤维素 (RC) 膜	0.5m
AC17475	即用型透析袋 扁宽 38 截留分子量 2000	标准等级再生纤维素 (RC) 膜	0.5m
AC17476	即用型透析袋 扁宽 45 截留分子量 1000	标准等级再生纤维素 (RC) 膜	0.5m
AC17477	即用型透析袋 扁宽 45 截留分子量 10000	标准等级再生纤维素 (RC) 膜	0.5m
AC17479	即用型透析袋 扁宽 45 截留分子量 15000	标准等级再生纤维素 (RC) 膜	0.5m
AC17480	即用型透析袋 扁宽 45 截留分子量 2000	标准等级再生纤维素 (RC) 膜	0.5m
AC17481	即用型透析袋 扁宽 45 截留分子量 3500	标准等级再生纤维素 (RC) 膜	0.5m
AC17482	即用型透析袋 扁宽 50 截留分子量 8000	标准等级再生纤维素 (RC) 膜	0.5m
AC17483	即用型透析袋 扁宽 18 截留分子量 5000	高精密级再生纤维素 (RC) 膜	0.5m
AC17484	即用型透析袋 扁宽 30 截留分子量 5000	高精密级再生纤维素 (RC) 膜	0.5m
AC17485	即用型透析袋 扁宽 40 截留分子量 5000	高精密级再生纤维素 (RC) 膜	0.5m



普通干型透析袋

货号	名称	材质	规格
AC17490	透析袋 MD10 (8000-14000) D	再生纤维素 (RC) 膜	5m
AC17491	透析袋 MD25 (8000-14000) D	再生纤维素 (RC) 膜	5m
AC17492	透析袋 MD34 (8000-14000) D	再生纤维素 (RC) 膜	5m
AC17493	透析袋 MD44 (8000-14000) D	再生纤维素 (RC) 膜	5m
AC17494	透析袋 MD55 (8000-14000) D	再生纤维素 (RC) 膜	5m
AC17495	透析袋 MD77 (8000-14000) D	再生纤维素 (RC) 膜	5m
AC17496	透析袋 MD34 (7000 D)	再生纤维素 (RC) 膜	5m
AC17497	透析袋 MD34 (3500 D)	再生纤维素 (RC) 膜	5m
AC17498	透析袋 MD44 (3500 D)	再生纤维素 (RC) 膜	5m
AC17499	透析袋 MD25 (3500 D)	再生纤维素 (RC) 膜	5m
AC17500	透析袋 MD25 (7000 D)	再生纤维素 (RC) 膜	5m
AC17501	透析袋 MD44 (7000 D)	再生纤维素 (RC) 膜	5m
AC17502	透析袋 MD55 (3500 D)	再生纤维素 (RC) 膜	5m
AC17503	透析袋 MD55 (7000 D)	再生纤维素 (RC) 膜	5m
AC17504	透析袋夹子	聚丙烯	40mm
AC17505	透析袋夹子	聚丙烯	60mm
AC17506	透析袋夹子	聚丙烯	90mm

